



Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
05-110 Jabłonna, ul. Instytucka 3

NIP 525-000-91-05

tel. 22 76 53 300 ; fax: 22 76 53-302; e-mail: office@ifzz.pl; <http://www.ifzz.pl>

DZ- 2401/10/1/18

Jabłonna, dnia 2 października 2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę termocyklera do real-time PCR do Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonce

Wykonawca zadał następujące pytania:

1. Dotyczy wzoru umowy, §11, ustęp 3.

Zamawiający zapisał:

„W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze towaru, zgłoszonych w okresie 10 dni od daty ich wystąpienia.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze towaru, zgłoszonych w okresie 21 dni od daty ich wystąpienia.”?

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować gwarantuje naprawę w ramach gwarancji do 21 dni licząc od dnia zgłoszenia.

Nasz magazyn znajduje się poza granicami kraju. W przypadku wystąpienia usterki która będzie wymagała wymiany części serwisowej, część ta będzie sprowadzana z zagranicy.

2. Dotyczy wzoru umowy, §11, ustęp 4.

Zamawiający zapisał:

„Czas interwencji Wykonawcy wynosi 48 godzin od momentu zgłoszenia wady”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Czas interwencji Wykonawcy wynosi 72 godzin od momentu zgłoszenia wady”?

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować gwarantuje czas interwencji do 72 godzin licząc od momentu zgłoszenia wady.

3. Dotyczy wzoru umowy, §11, ustęp 5.

Zamawiający zapisał:

„W przypadku nie usunięcia wady w terminie jak wyżej Zamawiający może zlecić jej usunięcie innemu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę zobowiązanego niniejszą umową do jej usunięcia.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„W przypadku nie usunięcia wady w terminie jak wyżej Zamawiający może zlecić jej usunięcie innemu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę zobowiązanego niniejszą umową do jej usunięcia. W przypadku naprawy przez nieautoryzowany przez producenta serwis, gwarancja ulega przerwaniu”

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zapis we wzorze umowy w § 11 ust. 3 „W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze towaru, zgłoszonych w okresie 21 dni od daty ich wystąpienia.”

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zapis we wzorze umowy w § 11 ust. 4 „Czas interwencji Wykonawcy wynosi 72 godziny od momentu zgłoszenia wady”.

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy w § 11 ust. 5.

DYREKTOR INSTYTUTU
w/z *J. Skomiał*
Prof. dr hab. Jacek Skomiał